

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói mua hoá chất, vật tư và công cụ dụng cụ với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Khoa Dược - Vật tư Y tế - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: số 366A Âu Dương Lân, phường 03, quận 08, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: (028).39242717, 39234629. Line: 176.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Vật tư Y tế - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, số 366A Âu Dương Lân, phường 03, quận 08, TP.HCM.

Thư báo giá có đóng dấu của đơn vị, bỏ vào phong bì dán kín, đóng dấu niêm phong; ngoài bì thư ghi rõ "Thư báo giá theo yêu cầu báo giá số: 5222/TTKSBT-DVTTYT ngày 30 / 11 /2023".

- Nhận qua email: [khoa.duocvtyt.hcdc@gmail.com](mailto:khoa.duocvtyt.hcdc@gmail.com). (Báo giá file mềm)

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 30 tháng 11 năm 2023 đến trước 16h00 ngày 11 tháng 12 năm 2023

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét)

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2023

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bút đo pH cầm tay	<ul style="list-style-type: none"><li>Thang đo: 0 – 14 pH</li><li>Độ phân giải: 0.01 pH</li><li>Độ chính xác: <math>\pm 0.01</math> pH</li><li>Hiệu chỉnh: 03 điểm</li><li>Chức năng: Tự bù trừ nhiệt độ, Chống thấm nước, chống bụi (IP67), giữ giá trị đo, tự động tắt máy sau 30 phút không sử dụng.</li></ul>	cái	6

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiện thị: màn hình LCD</li> <li>• Điều kiện môi trường sử dụng: 5 - 40°C, 85% RH</li> <li>• Nguồn: pin 2 x CR2032</li> <li>• Thời lượng sử dụng pin: 400 giờ</li> </ul> Thiết bị cung cấp bao gồm: 01 bút đo pH; 01 hộp đựng máy; 02 pin CR2032; 01 pipette; HDSĐ; dung dịch chuẩn pH4, pH7_ 14ml/chai.		
2	Bộ thử clo dư so màu	Thang đo: 0 ~ 3.4 mg/l Cung cấp bao gồm: thuốc thử clo dư 10ml, ống đựng mẫu, hộp đựng ống mẫu và đĩa so màu, HDSĐ, vali nhựa, ...	cái	6
3	Thuốc thử clo dư DPD	Đo clo dư nước, mẫu đo 10ml	gói	1.400
4	Cồn	Cồn 90°	lít	5
5	Bông gòn	Bông cắt miếng kích thước 10cm x 10cm	kg	5

2. Địa điểm giao hàng: tại kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. Địa chỉ: 699 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ưu tiên hàng có sẵn, thời gian dự kiến giao hàng trong năm 2023 (Trước ngày 20/12/2023).

4. Các thông tin khác (nếu có): Không có. *me*

**GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, K.D-VTYT (TTTP, 4b).



**Nguyễn Hồng Tâm**