

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho Gói mua trang thiết bị với nội dung cụ thể như sau:

#### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Khoa Dược - Vật tư Y tế - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: số 366A Âu Dương Lân, phường 03, quận 08, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: (028).39242717, 39234629. Line: 176.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Vật tư Y tế - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, số 366A Âu Dương Lân, phường 03, quận 08, TP.HCM.

Thư báo giá có đóng dấu của đơn vị, bỏ vào phong bì dán kín, đóng dấu niêm phong; ngoài bì thư ghi rõ "Thư báo giá theo yêu cầu báo giá số: 5223 /TTKSBT-DVTTYT ngày 30 / 11 /2023".

- Nhận qua email: [khoa.duocvtyt.hcdc@gmail.com](mailto:khoa.duocvtyt.hcdc@gmail.com). (Báo giá file mềm)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 30 tháng 11 năm 2023 đến trước 16h00 ngày 11 tháng 12 năm 2023.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét)

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2023

#### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa.

| STT | Danh mục      | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật  | Đơn vị tính | Số lượng |
|-----|---------------|---|-------------|----------|
| 1   | Máy đo độ đục | <b>Thông số kỹ thuật</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Phạm vi đo: 0 – 2000 NTU</li><li>Độ chính xác:<ul style="list-style-type: none"><li>± 2% thang đo (0 – 500 NTU)</li><li>± 3% thang đo (501 – 2000 NTU)</li></ul></li><li>Độ phân giải:<ul style="list-style-type: none"><li>0.01 NTU (0 – 19.9 NTU)</li><li>0.1 NTU (20.0 – 99.9 NTU)</li><li>1 NTU (100 – 2000 NTU)</li></ul></li></ul> | cái         | 3        |

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật  | Đơn vị tính | Số lượng |
|-----|----------|---|-------------|----------|
|     |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Số điểm hiệu chuẩn: 4 điểm (0.02; 20.0; 100; 800 NTU)</li> <li>Khả năng đọc nhanh: &lt; 6 giây/ mẫu đo</li> <li>Thể tích mẫu đo: 10ml</li> <li>Nguồn điện: 4 x 1.5V “AAA”</li> <li>Nguồn sáng: đèn hồng ngoại (bước sóng 850 nm)</li> <li>Nhiệt độ vận hành: 0 – 50°C</li> </ul> Thiết bị cung cấp bao gồm: máy chính, 03 cốc đo mẫu, 04 dung dịch chuẩn 0.02, 20.0, 100, 800 NTU, vali đựng máy, hướng dẫn sử dụng, giấy bảo hành |             |          |

2. Địa điểm giao hàng: tại kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. Địa chỉ: 699 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ưu tiên hàng có sẵn, thời gian dự kiến giao hàng trong năm 2023 (Trước ngày 20/12/2023).

4. Các thông tin khác (nếu có): Không có. *Handwritten mark*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, K.D-VTYT (TTTP, 4b).

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Hồng Tâm**