

Số: 1688/TTKSBT-DVTTYT  
Về cung cấp báo giá hoá chất và vật tư  
tiêu hao xét nghiệm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2023

### Kính gửi: Quý Công ty

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố đang có nhu cầu mua hoá chất và vật tư tiêu hao xét nghiệm, kính mời Quý Công ty quan tâm vui lòng chào giá theo nội dung:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu về kỹ thuật
1.	Plate 96 giếng để chạy PCR	cái	200	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đĩa 96 giếng dùng để chạy phản ứng PCR</li><li>- Sử dụng được trên hệ thống LC 480</li><li>- Cung cấp bao gồm đĩa phản ứng và miếng dán seal foil</li><li>- Bảo quản ở nhiệt độ phòng</li></ul>
2.	Hóa chất xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể IgG SARS-CoV-2	test	4.400	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hóa chất dạng lỏng, dùng để xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể SARS-CoV-2, xét nghiệm miễn dịch kiểu sandwich 2 bước hoàn toàn tự động sử dụng công nghệ hóa phát quang gián tiếp. Khoảng đo 0,50–100,00 Index (U/mL). Sử dụng được trên hệ thống máy xét nghiệm tự động Siemens Advia Centaur CP</li></ul>
3.	Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể IgG SARS-CoV-2	2 x 2 x 2 ml/hộp	1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hóa chất dạng lỏng, sử dụng để kiểm chuẩn xét nghiệm định tính và định lượng kháng thể SARS-CoV-2 trên hệ thống XN tự động hóa.</li></ul>
4.	Dung dịch rửa kim phụ số 1	2 x 25 ml/hộp	1	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thuốc thử bổ sung ReadyPack</li><li>- Sử dụng được trên hệ thống máy xét nghiệm tự động Siemens Advia Centaur CP</li></ul>



STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu về kỹ thuật
5.	Dung dịch rửa kim hút số 3	1 x 50 ml/hộp	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dung dịch rửa đầu dò các xét nghiệm HIV combo, HBc Total, HBeAg, sCOVG.</li> <li>- Thành phần: Sodium hypochlorite (0,5%), sodium hydroxide (&lt; 0,5%), pH 11,0</li> <li>- Sử dụng được trên hệ thống máy xét nghiệm tự động Siemens Advia Centaur CP</li> </ul>
6.	Dung dịch rửa	2 x 2500 ml/thùng	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dung dịch nước muối sinh lý đệm photphat có sodium azide (&lt; 0.1%) và chất hoạt động bề mặt</li> <li>- Sử dụng được trên hệ thống máy xét nghiệm tự động Siemens Advia Centaur CP</li> </ul>
7.	Dung dịch pha loãng dùng cho các xét nghiệm miễn dịch	20 ml/hộp	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hóa chất dạng lỏng, sử dụng pha loãng xét nghiệm sCOVG.</li> <li>- Sử dụng được trên hệ thống máy xét nghiệm tự động Siemens Advia Centaur CP</li> </ul>
8.	Cống phản ứng	3000 cái/thùng	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cống phản ứng bằng nhựa.</li> <li>- Sử dụng được trên hệ thống máy xét nghiệm tự động Siemens Advia Centaur CP</li> </ul>
9.	Đầu côn hút mẫu	6480 cái/thùng	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu côn hút mẫu.</li> <li>- Sử dụng được trên hệ thống máy xét nghiệm tự động Siemens Advia Centaur CP</li> </ul>

(Công ty có thể tham gia chào giá 1 nội dung hoặc tất cả các nội dung trong danh mục trên)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đề nghị bảng báo giá ghi đầy đủ các nội dung như sau:

- (1) Tên hàng hoá (tên thương mại).
- (2) Xuất xứ: hãng sản xuất/nước sản xuất – code (nếu có)
- (3) Quy cách đóng gói: (nếu có)

- (4) Đơn giá hàng hóa: bằng tiền đồng Việt Nam đã bao gồm VAT, giá đã trừ chiết khấu và đã bao gồm các chi phí khác (nếu có).
- (5) Thành tiền: Số lượng \* Đơn giá (+VAT)
- Hiệu lực của bảng báo giá tối thiểu 90 ngày.
- Hình thức thanh toán.

Quý công ty vui lòng ghi đầy đủ các thông tin theo danh mục yêu cầu và gửi:

❖ Thư báo giá về địa chỉ: Khoa Dược - VTYT - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, địa chỉ số 366A Âu Dương Lân, phường 03, quận 08, TP.HCM (liên hệ: Khoa Dược – VTYT. Số ĐT: (028). 39242717, 39234629. Line: 171).

❖ Báo giá file mềm gửi email: [khoa.duocvtyt.hcdc@gmail.com](mailto:khoa.duocvtyt.hcdc@gmail.com)

Thư báo giá có đóng dấu của đơn vị, bỏ vào phong bì dán kín, đóng dấu niêm phong; ngoài bì thư ghi rõ “Thư báo giá theo yêu cầu báo giá số: 1688 /TTKSBT-DVTYT ngày 08. / 5. /2023”.

Hạn chót nhận báo giá: 11 giờ 00 phút ngày 17. / 5. /2023.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, K.D-VTYT (TTTP, 6b).

**GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hồng Tâm



