

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tiếp nhận báo giá vật tư xét nghiệm để xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Khoa Dược - Vật tư Y tế - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: số 366A Âu Dương Lân, phường 03, quận 08, TP. Hồ Chí Minh. Số điện thoại: (028). 39242717, 39234629. Line: 176.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Vật tư Y tế - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, số 366A Âu Dương Lân, phường 03, quận 08, TP.HCM.
 - Kèm báo giá file mềm qua email: khoaduoc@hcdc.gov.vn
 - Thư báo giá có đóng dấu của đơn vị, bỏ vào phong bì dán kín, đóng dấu niêm phong; ngoài bì thư ghi rõ “Báo giá theo Thư mời báo giá số 3524 /TM-TTKSBT ngày 23 /.9 /2024”.
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: Đến trước 16h00 ngày 03 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 03 tháng 10 năm 2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa.

| STT | Tên hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
|-----|------------------|---|-------------|----------|
| 1 | Test đường huyết | Dùng cho máy Johnson Onetouch Verio Pro+ hoặc tương đương. | Que | 1.000 |
| 2 | Test HbsAg VGB | Phân loại D, có giấy phép lưu hành do Bộ Y Tế cấp, có phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT B,C,D * Có phiếu kiểm nghiệm * Giúp xác định chẩn đoán nhiễm siêu vi B. HBsAg phát hiện kháng nguyên bề mặt siêu vi B trong huyết tương hoặc huyết thanh bằng phương pháp sắc ký miễn dịch | Que | 1.000 |



| STT | Tên hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
|-----|------------------------|--|-------------|----------|
| 3 | Bông gòn viên | Bông gòn viên tiệt trùng hút chân không, được làm từ 100% bông tự nhiên, sản xuất theo tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam. Kích thước khoảng 2cm x 3cm. Đồng đều về kích thước và trọng lượng, khả năng thấm hút cao và nhanh. Mịn màng, mềm mại và không gây kích ứng da, thân thiện môi trường, bông trắng và sạch. | Kg | 1 |
| 4 | Cồn 70 độ | Cồn y tế 70 độ được Bộ Y tế cấp phép sử dụng, có nhãn hiệu rõ ràng. Sử dụng cho các trường hợp như sát trùng dụng cụ, bôi trên da trước khi tiêm chích, sát trùng các vết thương, vệ sinh phòng, lau chùi bề mặt... | Lít | 1 |
| 5 | Băng cá nhân | 'Dễ mở ra sử dụng, tháo băng không dính keo, chống thấm nước hoặc cánh dán bằng nhựa trong. Kích thước: 2x6cm Thành phần: Vải Băng: Polyethylene, lỗ thông lớn. Gạc: Màu trắng phủ bởi lớp lưới polyethylene không gây dính giúp thay băng không đau. Keo: Acrylic | Miếng | 1.000 |
| 6 | Bơm kim 3cc-kim 23Gx1" | Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: là nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế Chất liệu làm thân kim tiêm: Thép không gỉ, có độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa. Được sử dụng loại keo dính đặc biệt, mang lại độ bền chắc cho kim và đốc kim. Đảm bảo liên kết giữa đốc kim và thân kim trong điều kiện sử dụng bình thường, chắc chắn, không bị bẻ gãy, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim. Piston di chuyển dễ dàng trong xilanh, khí và dung dịch không lọt qua gioăng ở đầu piston. Đường kính, độ dài kim, vật liệu kết cấu kim tiêm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế: không bị gãy, không bị quăn trong điều kiện sử dụng bình thường. Khử trùng bằng khí E.O. Vô trùng - Không độc - không gây sốt Dung tích bơm tiêm: 3ml / cc Kích cỡ kim: 23Gx1' | Cái | 1.000 |
| 7 | Ống nghiệm serum | Làm từ nhựa PP tiêu chuẩn ISO 13485:2016 - Thể tích 5ml - Kích thước 11mm - 13 mm x 75mm - Nắp màu đỏ - Ống màu trắng trong có chứa hạt bi nhựa tròn nhỏ màu trắng poly styrene. - Nắp: sử dụng nắp mềm, có thể đâm xuyên được khi thực hiện trên máy xét nghiệm tự động, bám chặt sau đóng nắp, dễ thao tác đóng mở. Thân Ống: bằng nhựa, chịu được lực khi ly tâm 3000-5000 v/phút trong 15 phút. Máu đông và lắng nhanh khi ly tâm. | Cái | 1.000 |

| STT | Tên hàng hóa | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
|-----|------------------------|--|-------------|----------|
| | | Ống nghiệm serumplast có hoặc không có hạt silica, có nút thấp (tức là các Ống nghiệm khi cung cấp cho trung tâm phải được sắp xếp sẵn vào các khay nút xốp thấp với quy cách đóng gói: 100 ống/Khay). | | |
| 8 | Bình đựng hủy kim 6.8L | Bình nhựa HDPE màu vàng, nắp đậy màu đỏ Thể tích 6,8L. Dùng hủy kim, vật sắc nhọn. | Cái | 5 |

2. Địa điểm giao hàng: tại kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. Địa chỉ: 699 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trước tháng 11 năm 2024 (thời gian có thể thay đổi phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu)

4. Các thông tin khác: Gửi kèm bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của hàng hóa; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác. *VL*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, K.D-VTYT (PLQH-TTH-3b).

GIÁM ĐỐC *K*



Nguyễn Hồng Tâm

