

Số: **2479** /TTKSBT-DTBYT
V/v bảo trì thiết bị y tế và thiết bị chuyên
dùng khác cho hoạt động Dịch vụ năm 2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng **11** năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về dịch vụ bảo trì thiết bị y tế và thiết bị chuyên dùng khác cho hoạt động Dịch vụ năm 2025

Kính gửi: Quý Công ty

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu bảo trì thiết bị y tế và thiết bị chuyên dùng khác cho hoạt động dịch vụ năm 2025. Đề nghị quý đơn vị tham gia chào giá với nội dung sau:

1. Nội dung thực hiện: Chi tiết theo phụ lục đính kèm

2. Địa điểm thực hiện:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh:

- Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá


- Hồ sơ chào giá của nhà thầu bỏ vào phong bì dán kín, đóng dấu niêm phong gửi trực tiếp hoặc gửi thư tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, số 366A Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng, TP.HCM (Khoa Dược – Thiết bị y tế, SĐT: 0909408895 – Line: 260, liên hệ: Võ Thị Nhã Quỳnh, SĐT: 0862582049).

- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày **25** tháng **11** năm 2025 đến trước 16h00 ngày **09** tháng **12** năm 2025 (Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét).

4. Các thông tin khác

- Quý đơn vị có thể thực hiện chào giá đầy đủ danh mục theo nội dung thực hiện tại mục 1.
- Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- Bảng báo giá bằng đồng tiền Việt Nam + VAT có ký tên, đóng dấu của đơn vị và có giá trị trong vòng 180 ngày kể từ ngày. 09...tháng.12.năm 2025.
- Bản cam kết về tư cách hợp lệ của nhà thầu theo mẫu đính kèm.
- Hồ sơ pháp lý, Hồ sơ năng lực của nhà thầu.
- Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các dịch vụ tương tự đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).

Trân trọng. 

Mẫu cam kết kèm theo Thư mời chào giá:

Mẫu 1 dành cho nhà thầu là tổ chức và Mẫu 2 dành cho nhà thầu là hộ kinh doanh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, DTBYT
- PLQH - VTNQ (03b).



Nguyễn Hồng Tâm

Mẫu 1 dành cho nhà thầu là tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT VỀ TƯ CÁCH HỢP LỆ CỦA NHÀ THẦU

Căn cứ quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và i, khoản 1, Điều 5 Luật đấu thầu,(tên đơn vị báo giá)..... cam kết:

1. Hạch toán tài chính độc lập;
2. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;
3. Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả;
4. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;
5. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
6. Cam kết các nội dung cung cấp trong Hồ sơ chào giá là trung thực. Công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các loại giấy tờ ngày.
7. Cam kết thời gian giao hàng theo yêu cầu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (tại địa chỉ:)

....., ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Mẫu 2 dành cho nhà thầu là hộ kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT VỀ TƯ CÁCH HỢP LỆ CỦA NHÀ THẦU

Căn cứ quy định tại các điểm d, e khoản 1 và các điểm a, b khoản 2, Điều 5 Luật đấu thầu,(tên đơn vị báo giá)..... cam kết:

1. Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
2. Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả;
3. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;
4. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
5. Cam kết các nội dung cung cấp trong Hồ sơ chào giá là trung thực. Hộ kinh doanh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các loại giấy tờ ngày.
6. Cam kết thời gian giao hàng theo yêu cầu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (tại địa chỉ:)

....., ngày tháng năm

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Phụ lục: Danh mục thiết bị y tế và thiết bị chuyên dùng thực hiện bảo trì phục vụ hoạt động dịch vụ năm 2025

(Đính kèm Thư mời chào giá số: 2479 /TTKSBT-DTBYT ngày 25/11/2025)

Stt	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng TB	Số lần thực hiện/năm	Nội dung thực hiện bảo trì	Địa điểm thực hiện	Bộ phận sử dụng
1	Tủ lạnh SANYO	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài tủ - Xả đá vệ sinh bên trong tủ - Vệ sinh hệ thống quạt và dàn tản nhiệt - Kiểm tra điện, hệ thống bơm ga - Kiểm tra phím thao tác, còi báo động - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ.	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
2	Tủ lạnh PANASONIC	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài tủ - Xả đá vệ sinh bên trong tủ - Vệ sinh hệ thống quạt và dàn tản nhiệt - Kiểm tra điện, hệ thống bơm ga - Kiểm tra phím thao tác, còi báo động - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ.	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
3	Tủ lạnh	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài tủ - Xả đá vệ sinh bên trong tủ - Vệ sinh hệ thống quạt và dàn tản nhiệt - Kiểm tra điện, hệ thống bơm ga - Kiểm tra phím thao tác, còi báo động - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ.	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
4	Tủ lạnh	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài tủ - Xả đá vệ sinh bên trong tủ - Vệ sinh hệ thống quạt và dàn tản nhiệt - Kiểm tra điện, hệ thống bơm ga - Kiểm tra phím thao tác, còi báo động - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ.	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
5	Tủ sấy Memmert	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
6	Bình Oxy	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra có rò rỉ oxy	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
7	Cân baby (9-196)	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
8	Cân baby (9-920)	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
9	Cân đo mỡ Tanita (T110012)	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
10	Cân Tanita 070 (201904)	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
11	Cân điện tử Omron (9-186)	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
12	Cân điện tử Tanita (9-193)	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
13	Cân điện tử Tanita (9-202)	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
14	Máy điện tim	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra màn hình hiển thị, điện trở, rò rỉ điện	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
15	Máy đo độ loãng xương Omnisense 8000	cái	1	2	Vệ sinh, kiểm tra màn hình hiển thị, điện trở, rò rỉ điện	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
16	Máy phân tích thành phần cơ thể MC180MA	cái	1	2	Vệ sinh, kiểm tra màn hình hiển thị, điện trở, rò rỉ điện	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
17	Bình oxy	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra có rò rỉ oxy	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK

PH
:GT
:TB
:HP
:HM

CH

Stt	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng TB	Số lần thực hiện/năm	Nội dung thực hiện bảo trì	Địa điểm thực hiện	Bộ phận sử dụng
18	Đèn sưởi	cái	1	1	Vệ sinh , kiểm tra có hoạt động, rò rỉ điện	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
19	Máy hút đàm	cái	1	1	Vệ sinh , kiểm tra hoạt động, rò rỉ điện	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
20	Tủ lạnh Sanyo SR-P21MN	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài tủ - Xả đá vệ sinh bên trong tủ - Vệ sinh hệ thống quạt và dàn tản nhiệt - Kiểm tra điện, hệ thống bơm ga - Kiểm tra phím thao tác, còi báo động - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ.	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
21	Nồi hấp tiệt trùng KT-30LDP	cái	1	2	Vệ sinh, bảo trì nồi hấp và kiểm tra độ chính xác của nhiệt độ	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
22	Máy phun khí dung	cái	1	1	Vệ sinh , kiểm tra hoạt động, rò rỉ điện	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
23	Máy siêu âm màu SSD-3500	cái	1	2	Vệ sinh , kiểm tra hoạt động, rò rỉ điện	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
24	LRF Model TSX 2305 (2 - 8 độ C)	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài tủ - Xả đá vệ sinh bên trong tủ - Vệ sinh hệ thống quạt và dàn tản nhiệt - Kiểm tra điện, hệ thống bơm ga - Kiểm tra phím thao tác, còi báo động - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ.	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
25	LRF Model TSX 2305 (2 - 8 độ C)	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài tủ - Xả đá vệ sinh bên trong tủ - Vệ sinh hệ thống quạt và dàn tản nhiệt - Kiểm tra điện, hệ thống bơm ga - Kiểm tra phím thao tác, còi báo động - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ.	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
26	Tủ bảo quản vaccin chuyên dụng	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài tủ - Xả đá vệ sinh bên trong tủ - Vệ sinh hệ thống quạt và dàn tản nhiệt - Kiểm tra điện, hệ thống bơm ga - Kiểm tra phím thao tác, còi báo động - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ.	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
27	Hệ thống còi báo động tủ vaccine	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
28	Tủ sấy khô Memmert Đức	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
29	Tủ sấy khô Memmert Đức	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
30	Tủ sấy khô Memmert Đức	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
31	Tủ sấy khô Memmert Đức	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
32	Tủ sấy khô Memmert Đức	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
33	Tủ sấy khô Memmert Đức	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
34	Lò hấp y tế	cái	1	2	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
35	Lò hấp y tế	cái	1	2	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK

Stt	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng TB	Số lần thực hiện/năm	Nội dung thực hiện bảo trì	Địa điểm thực hiện	Bộ phận sử dụng
36	Máy sấy khô	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
37	Máy sấy khô	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
38	Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu - loại cầm tay	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
39	Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu - loại cầm tay	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
40	Máy tạo oxy 5 lít/phút	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
41	Máy tạo oxy 5 lít/phút	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
42	Máy tạo oxy 5 lít/phút	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
43	Máy hút dịch chạy điện	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
44	Máy hút dịch Thomas	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
45	Máy hút đàm	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
46	Máy doppler tìm thai	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
47	Máy doppler tìm thai	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
48	Máy Monitor sản khoa	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
49	Máy Monitor sản khoa	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
50	Máy soi cổ tử cung	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
51	Máy soi cổ tử cung	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
52	Máy siêu âm	cái	1	2	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
53	Máy siêu âm	cái	1	2	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
54	Máy siêu âm	cái	1	2	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
55	Cân đo người lớn	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
56	Cân trẻ em	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
57	Hệ thống cài báo động từ vaccine	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK

GH

Stt	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng TB	Số lần thực hiện/năm	Nội dung thực hiện bảo trì	Địa điểm thực hiện	Bộ phận sử dụng
58	Tủ bảo quản vaccin chuyên dụng	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài tủ - Xả đá vệ sinh bên trong tủ - Vệ sinh hệ thống quạt và dàn tản nhiệt - Kiểm tra điện, hệ thống bơm ga - Kiểm tra phím thao tác, còi báo động - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ.	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
59	Tủ bảo quản vaccin chuyên dụng	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài tủ - Xả đá vệ sinh bên trong tủ - Vệ sinh hệ thống quạt và dàn tản nhiệt - Kiểm tra điện, hệ thống bơm ga - Kiểm tra phím thao tác, còi báo động - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ.	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
60	Tủ bảo quản vaccin chuyên dụng	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài tủ - Xả đá vệ sinh bên trong tủ - Vệ sinh hệ thống quạt và dàn tản nhiệt - Kiểm tra điện, hệ thống bơm ga - Kiểm tra phím thao tác, còi báo động - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ.	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
61	Tủ bảo quản vaccin chuyên dụng	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài tủ - Xả đá vệ sinh bên trong tủ - Vệ sinh hệ thống quạt và dàn tản nhiệt - Kiểm tra điện, hệ thống bơm ga - Kiểm tra phím thao tác, còi báo động - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ.	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
62	Tủ bảo quản vaccin	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài tủ - Xả đá vệ sinh bên trong tủ - Vệ sinh hệ thống quạt và dàn tản nhiệt - Kiểm tra điện, hệ thống bơm ga - Kiểm tra phím thao tác, còi báo động - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ.	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
63	Tủ bảo quản vaccin chuyên dụng Thermo	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài tủ - Xả đá vệ sinh bên trong tủ - Vệ sinh hệ thống quạt và dàn tản nhiệt - Kiểm tra điện, hệ thống bơm ga - Kiểm tra phím thao tác, còi báo động - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ.	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
64	Tủ trữ mẫu	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
65	Tủ trữ mẫu	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
66	Tủ trữ mẫu	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tổng quan hoạt động thiết bị theo qui định, theo cấu hình máy	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
67	Máy đo chức năng hô hấp NDD (Thụy sĩ)	cái	1	1	Vệ sinh, Kiểm tra có hoạt động.	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
68	Máy đo chức năng hô hấp Thụy sĩ (cả bộ sensor và máy laptop)	cái	1	1	Vệ sinh, Kiểm tra có hoạt động.	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
69	Máy đo thính lực hoàn chỉnh Interacoustics - Đan Mạch Model : AD 629	cái	1	1	Vệ sinh, Kiểm tra có hoạt động, Độ nhạy các nút chức năng	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
70	Máy đo thính lực sơ bộ DA-226 (Đan Mạch)	cái	1	1	Vệ sinh, Kiểm tra có hoạt động, Độ nhạy các nút chức năng	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
71	Máy đo thính lực RAE Systems by Honeywell	cái	1	1	Vệ sinh, Kiểm tra có hoạt động, Độ nhạy các nút chức năng	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
72	Tai nghe đường khí Amplivox	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tín hiệu âm thanh	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK

Stt	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng TB	Số lần thực hiện/năm	Nội dung thực hiện bảo trì	Địa điểm thực hiện	Bộ phận sử dụng
73	Tai nghe đường khí Amplivox	cái	1	1	Vệ sinh, kiểm tra tín hiệu âm thanh	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa PK
74	Máy ly tâm bàn Mikro 22 (Đức)	cái	1	1	hệ thống ly tâm, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
75	Tủ âm Sanyo MDF136	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
76	Hệ thống làm tinh khiết nước	cái	1	1	hệ thống buồng đốt, dàn lạnh, Điện, Nước	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
77	Tủ âm Sanyo MDF U281AT	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
78	Tủ âm Sanyo MDF-U5411	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
79	Tủ âm Sanyo MDF-U5411	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
80	Tủ mát Facis	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
81	Kính hiển vi 3	cái	1	1	hệ thống Quang học, cơ học, điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
82	Tủ âm Sanyo MDF -U333	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
83	Tủ mát Facis 2	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
84	Tủ mát Sanyo MPR - 311D	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
85	Tủ mát Sanyo MPR - 311D	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
86	Tủ mát Pharnalow	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
87	Tủ mát Sanyo MPR -214 F	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
88	Tủ âm Sanyo MDF-U537	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
89	Nồi hấp SH	cái	1	1	Buồng hấp, hệ thống điện, hệ thống an toàn	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
90	Tủ mát Thermo TSX2305GV	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
91	Tủ âm sâu Thermo TSX70086V	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
92	Tủ âm sâu Thermo TSX70086V	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
93	Tủ âm sâu Thermo TSX70086V	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT



44

Stt	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng TB	Số lần thực hiện/năm	Nội dung thực hiện bảo trì	Địa điểm thực hiện	Bộ phận sử dụng
94	Tủ âm sâu Thermo TSX70086V	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
95	Tủ mát Hitachi	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
96	Tủ mát Toshiba	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
97	Tủ mát Panasonic	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
98	Tủ mát Sanaky VH-408W3L	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
99	Tủ mát Sanaky VH-408W3L	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
100	Tủ mát Sanaky VH-408W3L	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
101	Tủ mát Sanaky VH-408W3L	cái	1	1	hệ thống làm lạnh, hệ thống điện	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
102	Máy ly tâm lạnh Eppendorf	cái	1	1	hệ thống ly tâm, hệ thống điện,	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận MD-SHPT
103	MÁY SINH HÓA TỰ ĐỘNG	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài, khay để mẫu, thuốc thử - Kiểm tra nguồn điện - Kiểm tra, vệ sinh hệ thống nước thải - Vệ sinh kim hút mẫu	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
104	MÁY PT HUYẾT HỌC TỰ ĐỘNG	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài - Kiểm tra nguồn điện - Kiểm tra hệ thống nước thải - F8Kiểm tra, Vệ sinh buồng đếm, kim hút mẫu	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
105	MÁY PT NƯỚC TIỂU BẢN TỰ ĐỘNG	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài - Kiểm tra nguồn điện - Kiểm tra, vệ sinh các phim nhẵn	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
106	MÁY LY TÂM THƯỜNG	cái	1	1	- Vệ sinh Buồng và khay ly tâm - Kiểm tra hệ thống Cơ, Kiểm tra cân bằng khay ly tâm - Kiểm tra điện -Kiểm tra các phim thao tác	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
107	TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2	cái	1	1	-Vệ sinh bên ngoài và bên trong tủ -Vệ sinh ngõ thoát khí - Kiểm tra phim thao tác - Kiểm tra tốc độ gió. - Cường độ ánh sáng. - Cường độ đèn UV. - Hiệu suất màng lọc. - Kiểm tra rò rỉ điện	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
108	KÍNH HIỂN VI 3 ĐƯỜNG TRUYỀN	cái	1	1	- Vệ sinh hệ thống quang học - Kiểm tra, vệ sinh hệ cơ ốc vi cấp	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
109	KÍNH HIỂN VI 3 ĐƯỜNG TRUYỀN	cái	1	1	- Vệ sinh hệ thống quang học - Kiểm tra, vệ sinh hệ cơ ốc vi cấp - Vệ sinh Camera	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
110	KÍNH HIỂN VI 2 THỊ KÍNH	cái	1	1	- Vệ sinh hệ thống quang học - Kiểm tra, vệ sinh hệ cơ ốc vi cấp	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
111	KÍNH HIỂN VI 3 ĐƯỜNG TRUYỀN	cái	1	1	- Vệ sinh hệ thống quang học - Kiểm tra, vệ sinh hệ cơ ốc vi cấp	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh

Stt	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng TB	Số lần thực hiện/năm	Nội dung thực hiện bảo trì	Địa điểm thực hiện	Bộ phận sử dụng
112	KINH HIỂN VI 2 THỊ KÍNH	cái	1	1	- Vệ sinh hệ thống quang học - Kiểm tra, vệ sinh hệ cơ ốc vi cấp	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
113	KINH HIỂN VI 2 THỊ KÍNH	cái	1	1	- Vệ sinh hệ thống quang học - Kiểm tra, vệ sinh hệ cơ ốc vi cấp	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
114	KINH HIỂN VI 2 THỊ KÍNH	cái	1	1	- Vệ sinh hệ thống quang học - Kiểm tra, vệ sinh hệ cơ ốc vi cấp	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
115	NÓI HẤP THANH TRÙNG	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài và bên trong nôi hấp. - Kiểm tra các phím thao tác - Kiểm tra nhiệt độ, áp suất, thời gian và độ đồng đều nhiệt độ giữa các khu vực bên trong nôi.	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
116	TỦ LẠNH SANYO	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài, bên trong tủ - Vệ sinh hệ thống quạt và dàn tản nhiệt - Kiểm tra điện, hệ thống bơm ga - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ.	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
117	TỦ LẠNH PANASONIC	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài tủ - Xả đá Vệ sinh bên trong tủ - Vệ sinh hệ thống quạt và dàn tản nhiệt - Kiểm tra điện, hệ thống bơm ga - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ.	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
118	TỦ LẠNH TOSHIBA (tủ lưu mẫu)	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài tủ - Xả đá Vệ sinh bên trong tủ - Vệ sinh hệ thống quạt và dàn tản nhiệt - Kiểm tra điện, hệ thống bơm ga - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ.	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
119	TỦ LẠNH SHARP SJ-P70M-SLG	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài tủ - Vệ sinh bên trong tủ - Vệ sinh hệ thống quạt và dàn tản nhiệt - Kiểm tra điện, hệ thống bơm ga - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ.	Cơ sở 3: số 957 Ba Tháng Hai, phường Minh Phụng, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
120	Tủ an toàn sinh học sinh học cấp 2, Esco	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài và bên trong tủ - Vệ sinh ngõ thoát khí - Kiểm tra phím thao tác - Kiểm tra tốc độ gió. - Cường độ ánh sáng.	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
121	Máy ly tâm máu Rotofix 32 A	cái	1	1	- Vệ sinh Buồng và khay ly tâm - Kiểm tra hệ thống Cơ, Kiểm tra cân bằng khay ly tâm - Kiểm tra điện - Kiểm tra các phím thao tác	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
122	Kính hiển vi seiler	cái	1	1	- Vệ sinh hệ thống quang học - Kiểm tra, vệ sinh hệ cơ ốc vi cấp	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
123	Tủ mát Alaska (số 1)	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài tủ - Vệ sinh bên trong tủ - Vệ sinh hệ thống quạt và dàn tản nhiệt - Kiểm tra điện, hệ thống bơm ga - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ.	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
124	Tủ lạnh - Toshiba (Số 2) SHHH	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài tủ - Vệ sinh bên trong tủ - Vệ sinh hệ thống quạt và dàn tản nhiệt - Kiểm tra điện, hệ thống bơm ga - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ.	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
125	Máy lắc	cái	1	1	- Vệ sinh trong ngoài thiết bị - Kiểm tra vòng lắc, độ rung - Kiểm tra công tắc, điện,	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
126	Tủ lạnh Toshiba Iot nieu	cái	1	1	- Vệ sinh bên ngoài tủ - Vệ sinh bên trong tủ - Vệ sinh hệ thống quạt và dàn tản nhiệt - Kiểm tra điện, hệ thống bơm ga - Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ.	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
127	tủ hood pha hoá chất	cái	1	1	- Kiểm tra quạt hút (tốc độ gió), màng lọc.	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
128	Máy ủ ấm	cái	1	1	- Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ - Sự chênh lệch nhiệt độ của các khu vực bên trong bếp - Vệ sinh khu vực bên ngoài và bên trong bếp	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh

PHÒNG TÂN
SỐ 180 LÊ VĂN SỸ
P. PHÚ NHUẬN, TP. HCM

9/4

Stt	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng TB	Số lần thực hiện/năm	Nội dung thực hiện bảo trì	Địa điểm thực hiện	Bộ phận sử dụng
129	Máy trộn Grant-Bio	cái	1	1	- Vệ sinh trong ngoài TB - Kiểm tra vòng lắc, độ rung - Kiểm tra công tắc, điện,	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
130	Máy khuấy từ nhiệt	cái	1	1	- Vệ sinh trong ngoài TB - Kiểm tra vòng xoay, độ khuấy,rung - Kiểm tra công tắc, điện,	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
131	QUANG PHỔ KẾ	cái	1	1	- Độ chính xác dây bước sóng 190 - 1100 nm; - Độ chính xác hấp thụ vùng UV, vùng ánh sáng nhìn thấy được (VIS)	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
132	Máy khối nung ống	cái	1	1	- Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ - Sự chênh lệch nhiệt độ của các khu vực bên trong bếp - Vệ sinh khu vực bên ngoài và bên trong bếp	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
133	Tủ âm Hier	cái	1	1	- Kiểm tra độ ổn định nhiệt độ - Sự chênh lệch nhiệt độ của các khu vực - Vệ sinh khu vực bên ngoài và bên trong	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
134	Máy quang phổ từ ngoại UV-VIS 1800	cái	1	1	- Độ chính xác dây bước sóng 190 - 1100 nm; - Độ chính xác hấp thụ vùng UV, vùng ánh sáng nhìn thấy được (VIS)	Cơ sở 4: số 180 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Chẩn đoán bệnh
135	Máy dập mẫu	cái	1	1	Vệ sinh và kiểm tra máy	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Vi sinh - ký sinh trùng
136	Máy dập mẫu	cái	1	1	Vệ sinh và kiểm tra máy	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Xét Nghiệm - Bộ phận Vi sinh - ký sinh trùng
137	Buồng lạnh	cái	1	2	Vệ sinh, kiểm tra rò rỉ, kiểm tra dàn nóng lạnh, đánh giá độ đồng đều nhiệt độ	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Dược - TB YT
138	Buồng lạnh Costan	cái	1	2	Vệ sinh, kiểm tra rò rỉ, kiểm tra dàn nóng lạnh, đánh giá độ đồng đều nhiệt độ	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Dược - TB YT
139	Buồng lạnh Technoblok	cái	1	2	Vệ sinh, kiểm tra rò rỉ, kiểm tra dàn nóng lạnh, đánh giá độ đồng đều nhiệt độ	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Dược - TB YT
140	Tủ đông đa năng FDE40040FV: STP Forma ULT GP-230V/50Hz Serial Numbe:1116287701210123 Item Number: 14EVM4C01L	cái	1	2	Vệ sinh, kiểm tra rò rỉ, kiểm tra dàn nóng lạnh, đánh giá độ đồng đều nhiệt độ	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Dược - TB YT
141	Tủ lạnh (kho thuốc 3/2)	cái	1	2	Vệ sinh, kiểm tra rò rỉ, kiểm tra dàn nóng lạnh, đánh giá độ đồng đều nhiệt độ	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Dược - TB YT
142	Tủ lạnh DOMESTIC (180LVS)	cái	1	2	Vệ sinh, kiểm tra rò rỉ, kiểm tra dàn nóng lạnh, đánh giá độ đồng đều nhiệt độ	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Dược - TB YT
143	Tủ lạnh Dometic TCW 1150	cái	1	2	Vệ sinh, kiểm tra rò rỉ, kiểm tra dàn nóng lạnh, đánh giá độ đồng đều nhiệt độ	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Dược - TB YT
144	Tủ lạnh Dometic TCW 3000	cái	1	2	Vệ sinh, kiểm tra rò rỉ, kiểm tra dàn nóng lạnh, đánh giá độ đồng đều nhiệt độ	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Dược - TB YT
145	Tủ lạnh Dometic TCW 800	cái	1	2	Vệ sinh, kiểm tra rò rỉ, kiểm tra dàn nóng lạnh, đánh giá độ đồng đều nhiệt độ	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Dược - TB YT
146	Tủ lạnh THERMO FISHER SCIENTIFIC (180LVS)	cái	2	2	Vệ sinh, kiểm tra rò rỉ, kiểm tra dàn nóng lạnh, đánh giá độ đồng đều nhiệt độ	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Dược - TB YT

Sst	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng TB	Số lần thực hiện/năm	Nội dung thực hiện bảo trì	Địa điểm thực hiện	Bộ phận sử dụng
147	Tủ lạnh MF 314	cái	1	2	Vệ sinh, kiểm tra rò rỉ, kiểm tra dàn nóng lạnh, đánh giá độ đồng đều nhiệt độ	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Dược - TBYT
148	Tủ lạnh TCW 3000AC	cái	1	2	Vệ sinh, kiểm tra rò rỉ, kiểm tra dàn nóng lạnh, đánh giá độ đồng đều nhiệt độ	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Dược - TBYT
149	Tủ lạnh TCW 4000AC	cái	3	2	Vệ sinh, kiểm tra rò rỉ, kiểm tra dàn nóng lạnh, đánh giá độ đồng đều nhiệt độ	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Dược - TBYT
150	Tủ lạnh TCW 80AC	cái	1	2	Vệ sinh, kiểm tra rò rỉ, kiểm tra dàn nóng lạnh, đánh giá độ đồng đều nhiệt độ	Cơ sở 2: số 699 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh.	Khoa Dược - TBYT



